

硝态氮检测试剂盒(磺胺微板法)说明书

本产品仅供体外研究使用，不得用于临床诊断

产品简介：

硝态氮是植物最主要的氮源，植物体内硝态氮含量反映了土壤中硝态氮的供应情况，可作为土壤氮肥的指标，测定植物体内的硝态氮含量,不仅能够反映出植物的氮素营养情况，而且对鉴定蔬菜和以植物为原料的加工制品的品质也有重要的意义。

硝态氮检测试剂盒(磺胺微板法)检测原理是还原剂将硝酸根还原成亚硝酸根后，与对氨基苯磺酸和萘胺结合，形成玫瑰红色的偶氮化合物，其颜色深浅与氮含量在一定范围内呈正比，以酶标仪测定 520nm 处吸光度，根据硝态氮的标准曲线即可计算出样品的硝态氮含量，主要用于测定植物组织、血清、组织样本等的硝态氮含量。该试剂盒仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成：

名称	规格	保存条件
硝态氮检测试剂盒(磺胺微板法)	100T	4℃
试剂(A):硝态氮标准(200 μg/ml)	1ml	4℃
试剂(B):硝态氮提取液	500ml	RT
试剂(C):AssayBuffer	500ml	RT
试剂(D):磺胺混合粉剂	10g	RT 避光
使用说明书	1 份	
有效期	1 年	

自备材料：

- 1、蒸馏水
- 2、实验材料：植物组织(大豆、玉米等叶柄)、血液、尿液等
- 3、电子天平、剪刀、离心机、离心管、试管、滤纸
- 4、酶标仪、96 孔板

操作步骤(仅供参考)：

1、准备样品：

- ①植物样品：取正常或逆境下的新鲜植物组织 0.1~0.15g，清洗干净，擦干，剪碎成 1~2mm

的碎片，加入 4ml 硝态氮提取液，剧烈振荡 2~4min，静置澄清后，上清液即为硝态氮提取液，4℃保存备用。

②血清和尿液样品：按照常规方法制备后可以直接用于该试剂盒的测定，4℃保存，用于、硝态氮的检测。

③高活性样品：如果样品中含有较高浓度的硝态氮，可以使用硝态氮提取液或蒸馏水进行恰当的稀释。

2、配制系列硝态氮标准溶液：取硝态氮标准(200 μg/ml)按下表继续稀释：

加入物(ml)	1	2	3	4	5	6	7
硝态氮标准(200 μg/ml)	0	0.05	0.1	0.15	0.2	0.25	0.3
蒸馏水	0.5	0.45	0.4	0.35	0.3	0.25	0.2
硝态氮浓度(μg/ml)	0	20	40	60	80	100	120

3、加样：按照下表设置空白管、标准管、测定管，溶液应按照顺序依次加入，并注意避免产生气泡。如果样品中的硝态氮浓度过高，可以减少样品用量或适当稀释后再进行测定，样品的检测最好能设置平行管。

加入物(ml)	标准管	测定管
系列硝态氮标准(1~7 号管)	0.5	—
待测样品	—	0.5
AssayBuffer	4.5	4.5
充分混匀。		
磺胺混合粉剂	0.1g	0.1g

4、硝态氮测定：剧烈振荡 1min，静置 10min，用双层滤纸过滤至新的离心管中，3000rpm 离心 5min，取上清液加入 96 孔板中，以蒸馏水做对照调零，酶标仪 520nm 处测定标准孔、测定孔吸光度(记为 A 标准、A 测定)。

计算：

以系列硝态氮标准(1~7 号管)浓度(μg/ml)为横坐标，以对应的吸光度为纵坐标，制作标准曲线，根据测定孔的吸光度计算出样品硝态氮的含量。根据如下公式计算具体样品中硝态氮的含量：

植物组织样品硝态氮(μg/g)=C×V/m

式中：C=从标准曲线上查得的样品的硝态氮浓度(μg/ml)V=样品提取液的总体积(ml)，本法

中为 4mlm=样品的质量(g)

血清、尿液等样品硝态氮($\mu\text{g/ml}$)= $C \times N$

式中: C=从标准曲线上查得的样品的硝态氮浓度($\mu\text{g/ml}$)

N=稀释倍数

注意事项:

- 1、实验材料应尽量新鲜,如取材后不立即测定,应存于 4℃。
- 2、AssayBuffer 易挥发,请密闭保存。
- 3、如果没有酶标仪,也可以使用普通的分光光度计测定。
- 4、所测样品的浓度过高时,应用硝态氮提取液或蒸馏水稀释样品后重新测定。
- 5、为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

相关产品:

葡萄糖检测试剂盒(邻甲苯胺微板法)
葡萄糖检测试剂盒(邻甲苯胺比色法)
葡萄糖检测试剂盒(GOD-POD 微板法)
葡萄糖检测试剂盒(GOD-POD 比色法)
葡萄糖检测试剂盒(Folin-Wu 微板法)
葡萄糖检测试剂盒(Folin-Wu 比色法)
脯氨酸(PRO)检测试剂盒(茚三酮微板法)
脯氨酸(PRO)检测试剂盒(茚三酮比色法)